

# 校正証明書

殿

  
東洋テック株式会社  
〒101-0021  
東京都千代田区外神田1-3-12  
計測器ランドビル  
TEL 03-3251-8676  
FAX 03-3251-8258

型式 KT-  
名称 テーブルコータ  
製造者 藤田電機製作所  
製造番号 A1-200812180532E4

管理番号 S-016  
試験年月日 2012年 月 日  
試験場所 浜松キャリブレーションセンター  
試験環境 温度 : 23℃ 湿度 : 32%

上記の計測器は、当社の品質システムにしたがって校正が行なわれたことを証明します。  
この校正に使用した下記の標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの  
公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟し  
ている諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

## 使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0233	HMP233	湿度温度変換器	0233-11A	643845	2012年 6月

注) ・使用標準器の有効期限は表示月の末日です。

# 試験成績書

依頼者名

殿

東洋テック株式会社

型式 名称  
KT- テレコクタ  
製造者 藤田電機製作所  
製造番号 A1-200812180532E4

管理番号 S-016

検査員検印

試験者 佐藤 修平

試験年月日 2012年 月 日  
試験場所 浜松キャリアブレーションセンター  
試験環境 23℃ 32%

使用標準器

管理番号	型式	名称	成績書番号	製造番号	有効期限
0233	HMP233	湿度温度変換器	0233-11A	643845	2012年 6月

## 試験成績

### 温度指示確度

測定項目、レンジ	校正值	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
	23.4 °C	22.40	23.3 °C	24.40	良

### 湿度指示確度

測定項目、レンジ	校正值	許容下限値	表示値	許容上限値	判定
	32.0 %RH	27.0	35 %RH	37.0	良
	61.5 %RH	56.5	57 %RH	66.5	良

備考：

以下余白

# トレーサビリティチャート



東洋テック株式会社

依頼者名 殿

名称 テーケレコータ  
型式 KT-  
製造者 藤田電機製作所  
製造番号 A1-200812180532E4

管理番号 S-016

試験年月日 2012年 月 日

この校正に使用した標準器は、日本電気計器検定所及び日本品質保証機構などの公的校正機関、または米国国立標準技術研究所(NIST)などの国際度量衡委員会に加盟している諸外国の公的校正機関にトレーサビリティがとれています。

国家標準

公的機関

ISO

製造業者  
校正機関

VAISA

照合標準

常用標準

0233

校正対象

温度  
湿度

## トレース標準器一覧

No	管理番号	型式	名称	製造番号
1	0233	HMP233	湿度温度変換器	643845