




# マッピングレポート ロガーテストレポート

承認	確認	作成




測定期間: 19/05/10 10:50~19/05/10 10:50      対象測定データ: 温度 / 湿度      管理値: 温度 ( -30.5℃ / 70℃ ) 湿度 ( 10% / 85% )      頁. 1 / 1  
作成日時. 19/07/30 08:09:35

No.	使用場所 / 名称 シリアル番号	測定開始日時	測定期間	色	温度					湿度					衝撃			
					最小値	最大値	平均値	管理外	件数	最小値	最大値	平均値	管理外	件数	最大値	平均値	管理外	件数
1	部屋の奥 03FE00140100675F	19/05/10 10:56	5 分間隔	■	25.2℃	29.1℃	26.3℃	0件	53件	29.0%	34.0%	31.8%	0件	53件				
2	部屋の中心 03FE0014010038B7	19/05/10 10:55	5 分間隔	■	26.7℃	29.9℃	27.5℃	0件	53件	21.0%	26.0%	25.1%	0件	53件				
3	部屋の入口 03FE001400000503	19/05/10 10:54	5 分間隔	■	26.0℃	29.5℃	26.8℃	0件	53件	37.0%	40.0%	39.1%	0件	53件				
4	部屋窓側 (西) 03FE00140100499F	19/05/10 10:56	5 分間隔	■	27.9℃	29.8℃	29.2℃	0件	53件	24.0%	34.0%	28.5%	0件	53件				

# マッピングレポート テストレポート

承認	確認	作成

■ 衝撃(1:紫) ■ 衝撃(2:橙) ■ 衝撃(3:黄)



測定期間： 20/02/17 17:03~20/02/17 17:03

対象測定データ： 衝撃

管理値： 衝撃 ( 5G / 50G )

頁. 1 / 1  
作成日時. 20/02/18 09:04:40

No.	使用場所 / 名称 シリアル番号	測定開始日時	測定期間	色	温度					湿度					衝撃						
					最小値	最大値	平均値	管理外	件数	最小値	最大値	平均値	管理外	件数	最大値	平均値	管理外	件数			
1	衝撃テスト1 03FE001401007D78	20/02/17 17:07	1 分間隔	■														92G	6G	2件	1,213件
2	衝撃テスト2 03FE001401007DC2	20/02/17 17:07	1 分間隔	■														51G	6G	3件	487件
3	衝撃テスト3 03FE0014010038B7	20/02/17 17:07	1 分間隔	■														75G	20G	2件	30件