


マッピングレポート ロガーテストレポート

承認	確認	作成



測定期間： 19/05/10 10:50~19/05/10 10:50 対象測定データ：温度 / 湿度 管理値：温度 (-30.5℃ / 70℃) 湿度 (10% / 85%) 頁. 1 / 1
作成日時. 19/07/30 08:09:35

No.	使用場所 / 名称 シリアル番号	測定開始日時	測定期間	色	温度					湿度					衝撃			
					最小値	最大値	平均値	管理外	件数	最小値	最大値	平均値	管理外	件数	最大値	平均値	管理外	件数
1	部屋の奥 03FE00140100675F	19/05/10 10:56	5 分間隔	■	25.2℃	29.1℃	26.3℃	0件	53件	29.0%	34.0%	31.8%	0件	53件				
2	部屋の中心 03FE0014010038B7	19/05/10 10:55	5 分間隔	■	26.7℃	29.9℃	27.5℃	0件	53件	21.0%	26.0%	25.1%	0件	53件				
3	部屋の入口 03FE001400000503	19/05/10 10:54	5 分間隔	■	26.0℃	29.5℃	26.8℃	0件	53件	37.0%	40.0%	39.1%	0件	53件				
4	部屋窓側 (西) 03FE00140100499F	19/05/10 10:56	5 分間隔	■	27.9℃	29.8℃	29.2℃	0件	53件	24.0%	34.0%	28.5%	0件	53件				